

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ

Η εταιρία Eifron με υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώμονα πάντα την ασφάλεια των ασθενών, από σήμερα Δευτέρα 6/3/2023 προχωρά στην προληπτική αντικατάσταση των ταινιών μέτρησης σακχάρου Solus V2 με **Lot Number DM220406D-1 με EXP DATE 10/24**, λόγω πιθανής δυσλειτουργίας του συστήματος αφύγρανσης που υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί ταινιών, προς αποφυγή τυχόν λανθασμένων μετρήσεων που μπορεί να προκληθεί από αυξημένο ποσοστό υγρασίας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Εμμανουήλ Βασίλειος

Pharmaceutical & Medical Devices

Θεσσαλονίκη: ΤΘ 60681, ΤΚ 57001, Θέρμη
Αθήνα: Κωστή Παλαμά 3Α, ΤΚ 15126, Μαρούσι
Τ/Φ: +30 2310 46 1000



[Μπορείτε να δείτε Όλες Τις Ανακλήσεις Που σας έχουμε στηλει Εδω....](#)